

Số: 295 /TYC - TTYT

Ninh Sơn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

THƯ YÊU CẦU

Kính gửi: Quý Công ty, nhà thầu.

Căn cứ nhu cầu mua sắm Phim X-Quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 của Trung Tâm Y tế huyện Ninh Sơn;

Trân trọng kính mời Quý công ty, nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá theo danh mục sau;

- Danh mục Phim X-Quang: theo danh mục đính kèm

Khi tham gia gửi Báo giá cho Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn, đề nghị Quý công ty, nhà thầu gửi theo mẫu bên dưới.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền	Phân nhóm TT 14/2020/TT-BYT
	Tổng cộng								

Ghi chú :

Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật, tài liệu chứng minh theo quy định.

Quý công ty, nhà thầu phải báo giá toàn bộ danh mục mà Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn đã gửi đính kèm.

Thư yêu cầu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung Tâm Y tế huyện Ninh Sơn (trungtamyteninhson.vn)

Ngoài phong bì, Quý công ty, nhà thầu ghi rõ theo biểu mẫu sau:

Tên đơn vị tham gia báo giá :

Địa chỉ đơn vị tham gia báo giá:

Số điện thoại :

Nơi nhận : Trung Tâm Y tế huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

110 Anh Dũng, Khu phố 5, Thị Trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại khoa Dược – VTTBYT : 0259.395.37.53.

Quý công ty, nhà thầu vui lòng gửi Báo giá về khoa Dược –TTB-VTTYT Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận trước 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Sau thời gian trên, Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn không nhận được Báo giá của Quý công ty, nhà thầu thì xem như Quý công ty, nhà thầu không tham gia Báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Công ty, nhà thầu./.

Nơi nhận: *nam*

- Như trên;
- BGĐ TTYT;
- Tổ Tư Vấn;
- Lưu VT,KD.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Quảng Đại Khanh

**PHỤ LỤC DANH MỤC PHIM X QUANG THẦU 2023 PHỤC VỤ CÔNG TÁC
KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH SƠN**

(Đính kèm theo yêu cầu số: 295/TT-TH ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm Y tế Ninh Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Phân nhóm TT14/ 2020
1	Phim X-Quang khô	Phim chụp laser DRYVIEW DVE 20x25CM (8x10IN)	Tấm		Kích cỡ 20x25 cm: Độ tương phản: 0.6 đến 2.0; độ nhạy tối đa > 2.5 đến < 3.0; độ nhạy tối thiểu > 0 đến < 0.5; nền Polyester dày 7-mil;	6.000	Nhóm 3
2	Phim X-Quang khô	Phim chụp laser DRYVIEW DVB+ 28x35CM (11x14IN)	Tấm		Kích thước 28cmx35cm. Độ tương phản: 0.60 và 2.00, độ nhạy tối đa có thể in: 3.00 ± 0.10 đến 3.30 ± 0.10 , độ nhạy tối thiểu có thể in: ≤ 0.28 đến ≤ 0.29 , phim có màu xanh, nền Polyester dày 7-mil	4.000	Nhóm 3
Tổng cộng : 02 khoản							